



Gdańsk, dnia 02.12.2020 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 14/PN/ApBad/2020 pod nazwą: „Dostawa defektoskopu ultradźwiękowego z wyposażeniem”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść otrzymanych zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści defektoskop, który posiada regulowane napięcie nadajnika w trybie UT/TOFD w zakresie 85-295V?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza defektoskop, który posiada regulowane napięcie nadajnika w trybie UT/TOFD w zakresie 85-295V.