



INSTYTUT MASZYN PRZEPIYWOWYCH

im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

80-231 Gdańsk

ul. J. Fiszer 14

Tel. (centr.): **58 3460881**
Tel. (sekr.): **58 3416071**

Fax: **58 3416144**

e-mail: **imp@imp.gda.pl**
www.imp.gda.pl

Gdańsk, dnia 28.12.2021r.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 15/TP/ApBad/2021 prowadzonego pod nazwą „Dostawa chromatografu gazowego GC”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje treść otrzymanych zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIA Z DNIA 23.12.2021 R.

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pieca chromatograficznego, który posiada szybkość ogrzewania do 1250C/min?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pieca chromatograficznego, który chłodzi się z 450 do 500C w niecałe 4 minuty?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający dopuści dozownik, którego maksymalna temperatura to 4500C?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.



REGON: 000326121

NIP: 584-035-78-82

POLTAX VAT-5UE: PL5840357882

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej **NCAGE: 0409H**



INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH

im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

80-231 Gdańsk

ul. J. Fiszer 14

Tel. (centr.): **58 3460881**
Tel. (sekr.): **58 3416071**

Fax: **58 3416144**

e-mail: **imp@imp.gda.pl**
www.imp.gda.pl

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający zgodzi się aby chromatograf miał możliwość rozbudowy o co najmniej 50-pozycyjny desorber termiczny pochodzący od innego producenta, ale kompatybilny z chromatografem i sterowany oprogramowaniem chromatografu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIA Z DNIA 27.12.2021 r.

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuści chromatograf gazowy z szybkością chłodzenia z 450°C do 50°C – nie dłużej niż w 3,4 minuty (bez użycia medium chłodzącego)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający dopuści chromatograf gazowy wyposażony dozowniki z minimalnym zakres temp.: od 50°C do 450°C?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający dopuści chromatograf z detektorem TCD o czułości $> 20000 \text{ mV} \times \text{mL/mg}$ (dla dekanu) i maksymalnej temp. detektora 400°C. Ponadto z możliwością pracy detektora z gazem „make-up” w przypadku stosowania kolumn o średnicy wewnętrznej 0,32 mm i większej oraz przepływie gazu nośnego powyżej 5ml/min oraz z automatyczną ochroną zapobiegającą przepaleniu się filamentu bez konieczności ustawienia w oprogramowaniu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza



REGON: 000326121

NIP: 584-035-78-82

POLTAX VAT-5UE: PL5840357882

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej **NCAGE: 0409H**



INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH

im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

80-231 Gdańsk

ul. J. Fiszer 14

Tel. (centr.): **58 3460881**
Tel. (sekr.): **58 3416071**

Fax: **58 3416144**

e-mail: **imp@imp.gda.pl**
www.imp.gda.pl

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający dopuści chromatograf z detektorem FID z limitem detekcji $< 1,2 \text{ pg C/s}$ (dla dodekanu) z możliwością ustawienia gazu pomocniczego w całym zakresie przepływów?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza.

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw., Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1129 z późn. zm), dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia **03.01.2022 r. do godz. 10:00**.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy zastępujące zapisy SWZ:

- Rozdział XV pkt 2 - otrzymuje brzmienie:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 03.01.2022 r. do godz. 10:00.
- Rozdział XV pkt 6 – otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2022 r. o godzinie 11:00.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.



REGON: 000326121

NIP: 584-035-78-82

POLTAX VAT-5UE: PL5840357882

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej **NCAGE: 0409H**